



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI CAGLIARI

Direzione Acquisti, Appalti e Contratti  
Settore Gare d'appalto servizi e forniture

*Procedura finanziata con Fondi L. R. Sardegna 7 agosto 2007 n° 7*

## FAQ

Aggiornate al 08/03/2019

Procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.50/2016, suddivisa in n. 3 lotti, per la fornitura di attrezzature scientifiche per il Centro Servizi di Ateneo per la Ricerca (Ce.S.A.R.) - C.U.P. F36J12000990002

### **1 - DOMANDA**

Si richiedono chiarimenti in merito all' "Art. 5 – Requisiti di idoneità professionale e capacità economica, finanziaria e tecnica organizzativa" del Disciplinare di Gara.

E' richiesto un fatturato minimo per il triennio 2016-2017-2018, ma il bilancio 2018 non è ancora disponibile. Possiamo quindi fornirvi il fatturato degli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili, ovvero 2015-2016-2017. Confermate che possiamo procedere?

### **1 - RISPOSTA:**

Il triennio di riferimento richiesto per il fatturato minimo è il 2016-2017-2018.

Si segnala che, ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'operatore economico, che per fondati motivi (da dichiarare) non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante, con riferimento al triennio richiesto 2016-2017-2018.

### **2 - DOMANDA**

Viene richiesto di dichiarare le forniture analoghe sempre del triennio 2016-2017-2018.

Possiamo indicare il triennio richiesto, oppure dobbiamo indicare le forniture analoghe 2015-2016-2017, come per il punto precedente?

### **2 - RISPOSTA:**

Il triennio richiesto per l'indicazione delle forniture analoghe è il 2016-2017-2018.

### **3 - DOMANDA**

Con riferimento al lotto n. 2, sistema cromatografico UHPLC interfacciato a spettrometro di massa a mobilità ionica e detector ad alta risoluzione QTOF-MS - C.U.P. F36J12000990002 CIG: 77793434ED, si chiede il seguente chiarimento:

nella scheda tecnica viene riportato, nella sezione Elementi di valutazione di natura qualitativa, il seguente parametro: UHPLC: Flusso da 0.01 a 5 ml/min con pressione massima di esercizio > di 1000 bar;

nella descrizione delle caratteristiche tecniche riportate, al punto 1, è indicato che il sistema di pompaggio deve avere le seguenti specifiche:

1 c) Flusso programmabile da 0.001 a 5ml/min;

1 d) Pressione massima di esercizio  $\geq$  1000 bar a 2mL/min;

E' da considerare corretto quanto indicato al punto 1 della scheda tecnica e quindi un refuso i 5 ml indicati nella sezione elementi di valutazione?



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI CAGLIARI

*Direzione Acquisti, Appalti e Contratti  
Settore Gare d'appalto servizi e forniture*

## **3 - RISPOSTA**

Il parametro indicato nella sezione “Elementi di valutazione di natura qualitativa” presenta un refuso pertanto è da intendersi: Flusso da 0.01 a 2 ml/min con pressione massima di esercizio > di 1000 bar.